

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 6558/5

PALERMO, 08-03-2022

CHIARIMENTI

INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 34426/5 DEL 14 DICEMBRE 2021 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER VARIE UNITA’ OPERATIVE CHIRURGICHE DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA SUDDIVISA IN SEI LOTTI.

CHIARIMENTI TECNICI

QUESITO 1)

Lotto n. 4: Visti i requisiti per il lotto 4 e tenuto conto dei campi di applicazione del sistema richiesto, si richiede, per il principio della libera concorrenza, di potere partecipare con sistemi aventi fino a 14 ore di autonomia anziché 20.

RISCONTRO

Non si può invocare il principio della libera concorrenza offrendo un prodotto con performance minori di quanto richiesto e molto al di sotto delle tolleranze indicate in calce al capitolato.

Si riporta quanto indicato solitamente in calce nei capitolati di gara: *“Quando è usata la dicitura “circa” si considera una variazione del +/- 20% rispetto al valore indicato, salvo non sia diversamente specificato.”* Inoltre *“Le caratteristiche indicate non identificano presidi specifici (quando non diversamente indicato) e si sottende la dicitura equivalente. Conformemente alle vigenti leggi in materia di appalti, le ditte offerenti potranno produrre dichiarazione “motivata” di equivalenza che potrà essere accettata a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica. In egual modo, dichiarazioni di equivalenza di carattere generico non saranno prese in considerazione”.*

Si comunica che l’aggiudicazione verrà disposta su criteri qualitativi

QUESITO 2)

Lotto n. 4: Vengono forniti quantitativi inferiori a quanto richiesto in calce nel capitolato (2 telini anziché 3).

RISCONTRO

Le varie misure dei consumabili dovranno ovviamente essere ricomprese tra le tolleranze previste nel capitolato di gara. Non si accetteranno prodotti con performance oltre le tolleranze indicate nel capitolato. Per quanto riguarda il quantitativo dei telini verranno indicati per entrambe le misure n.2 come quantitativo minimo.

QUESITO 3)

Lotto n. 4: Tubatismi antibloccaggio dotati di quick-connectors di sicurezza.

RISCONTRO

Verranno valutati prodotti che abbiano entrambi i requisiti indicati nel capitolato di gara: antibloccaggio ed antidecubito.

QUESITO 4)

Lotto n. 2: Visti i requisiti per il lotto n. 2 e tenuto conto dei campi di applicazione del sistema richiesto, si richiede, per il principio della libera concorrenza, di potere partecipare con sistemi aventi pompa meccanica con erogazione di 125 mmHg con medicazioni di varie misure.

RISCONTRO

Trattandosi di terapia a pressione negativa, una pompa meccanica con erogazione di 125 mmHg avrebbe l'effetto opposto. Se si tratta, invece, come si ritiene, di un refuso e si fa riferimento ad una pompa meccanica con erogazione di pressione negativa di un valore -125 mmHg, stabile e non modulabile, l'effetto suzione risulterebbe eccessivo e persino dannoso per alcuni tipi di trattamento, in cui sono previsti valori minori (e comunque variabili in base alle necessità) di pressione di aspirazione.

QUESITO 5)

Lotto n. 3: in virtù del principio di equivalenza chiediamo conferma sulla possibilità di presentare una unità motore con un peso > 700g ma tecnicamente superiore rispetto ad una unità motore con peso inferiore.

RISCONTRO

Si comunica che per quanta riguarda il peso non dovrà essere superiore a 1.000 grammi in quanto l'aggiudicazione verrà disposta su criteri qualitativi.

QUESITO 6)

Lotto n. 3: si chiede conferma che i parametri da “-50 a -230 mmHg step da 1 mmHg” indicati possano essere di carattere generale, e per il principio di equivalenza e visti i parametri di funzionalità indicati nelle linee guida (< 150 mmHg) si possano presentare anche sistemi come il nostro che ha caratteristiche “-25 -200 mmHg”

RISCONTRO

Si comunica che tale range di funzionalità viene accolto.

QUESITO 7)

Lotto n. 3: per quanto riguarda i contenitori canister vengono indicate tre voci:

1. 200 e/o 400
2. 600 e/o 800
3. 1000 e/o oltre

Chiediamo di poter presentare offerta per canister coincidenti con la descrizione da voi riportata ma con capacità rientranti nei sopraccitati range, ovvero

1. 300
2. 500
3. 1000

RISCONTRO

Si comunica che il volume indicato viene accolto.

QUESITO 8)

Lotto 3 alla voce MEDICAZIONI:

a) Kit medicazione in poliuretano celle aperte a spirale:

“Misura 104 x 1,6 x 1,5” detta misura è da considerarsi come sviluppo della spirale in lunghezza o come diametro? E’ sempre da considerarsi misura specifica o per il principio dell’equivalenza si ha la possibilità di poter partecipare e con che tolleranza

b) Kit medicazione in poliuretano celle aperte per ferite sacrali:

“Misura ponte 40,1 x 13,3 cm circa più medicazione primaria” come sopra per quanto riguarda la misura e con che tolleranza possiamo partecipare in lunghezza? Nello specifico la nostra azienda può fornire una lunghezza di 66 cm, che copre la distanza dalla zona sacrale alla zona trocanterica.

c) Kit medicazione in poliuretano celle aperte:

Misura 6 x 6 x 1,5 cm. circa

Misura 15 x 10 x 2 cm. circa

Misura 26 x 15 x 1,5 cm. circa

Misura 30 x 60 x 1,5 cm. circa

Come sopra, con che tolleranza possiamo partecipare per il principio dell'equivalenza?

d) Kit medicazione addominale in schiuma di poliuretano incapsulata:

Protezione viscerale 39 x 26 x 17,8 circa

Come sopra con che tolleranza possiamo partecipare per il principio di equivalenza?

RISCONTRO

Si comunica che le dimensioni indicate nel capitolato sono da intendersi come dimensioni minime.

Distinti Saluti

Aldo Albano
U.O. MEDIC PA 9846

Il Direttore UOC Provveditorato

Aldo Albano

(Dr. Aldo Albano)