

U.O.C. PROVVEDITORATO

U.O.C. PROVVEDITORATO

DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 6795 5

PALERMO, 10-03-2022

RDO N. 2959474 PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO STORZ O EQUIVALENTE PER AMBULATORIO DI ISTEROSCOPIA DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA – SMART CIG: Z05349B7F2. <u>CHIARIMENTI TECNICI E PROROGA DATA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE OFFERTE.</u>

CHIARIMENTI TECNICI

QUESITO 1)

VOCE n. 6 Pinza TENACULUM art. 26159HS - In occasione della manifestazione d'interesse, con nostra PEC del 20-09-2021 ed acclarata al Vs prot. 11298/PR del 21/09/2021, abbiamo evidenziato che la pinza in oggetto è di marca Storz ed è l'unica sul mercato ad avere un ago, tutte le altre marche sono senza ago (anche se equivalenti e svolgono la stessa funzione). Per EVITARE che soltanto il distributore della Storz possa rispondere all'Rdo a LOTTO UNICO, se per la commissione tecnica è indispensabile la presenza dell'ago e non si considerano equivalenti le pinze senza ago, bisognerebbe estrapolare questa pinza dal lotto unico ed eventualmente fare un acquisto diretto della sola pinza in oggetto, come suggerito nella PEC.A giudizio di molti, l'ago non ha una funzione indispensabile, ma soltanto commerciale, perché la funzione della pinza è quella di avere una presa sicura del tessuto intrappolato e i due dentini della pinza garantiscono la presa sicura al 100x100. Non tenendo conto delle due ipotesi sopra citate si tradisce lo spirito del libero mercato indirizzando il risultato del Rdo, spingendo cosi le ditte partecipanti, ed eventualmente escluse, a presentare ricorso nelle varie sedi opportune.

RISCONTRO

Lo strumento è di esclusiva produzione Storz in quanto, verosimilmente, coperta da brevetto e la funzione dell'ago centrale serve a stabilizzare il tessuto da sottoporre a successiva prensione con le ganasce rendendone pertanto più agevole l'asportazione.

Pagina 1



U.O.C. PROVVEDITORATO

QUESITO 2)

Si chiede conferma dei codici 26020AA e 26159VHM in quanto inesistenti. I codici corretti sono 26120AA e 26159UHW?

RISCONTRO

I codici corretti sono: 26120AA e 26159UHW.

SI COMUNICA CHE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È PROROGATO ALLE <u>ORE 12.00 DEL 18 MARZO 2022.</u>

ASSISTENTE AMM.VO Dott. Massimo Sanfilippo

DI ORDI NE
Il Direttore MCC Provveditorato

(Dr. Aldo Alhano)