

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N.

7122/5

PALERMO,

14/03/2022

OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica all'indizione di un procedura di gara per la fornitura di varie attrezzature da laboratorio occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica per il Presidio Ospedaliero Villa Sofia Cervello – CHIARIMENTI Por. 5870/5

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Quesito n. 1 **Quesito n. 1:** In riferimento al lotto n. 2 viene indicata una tempistica di consegna di 30 giorni non congrua per la tipologia di apparecchiatura richiesta, si chiede di specificare che sia accettabile una tempistica di 90 giorni lavorativi.

Risposta quesito numero 1 : Per uniformità con tutte le altre forniture sono previsti solo 30 giorni

Quesito n. 2 : In riferimento al lotto n. 2 Si chiede di specificare se per il posizionamento della strumentazione richiesta siano presenti barriere architettoniche e se la struttura di destinazione sia dotata di montacricchi idoneo per l'eventuale posizionamento al piano.

Risposta quesito numero 2: La centrifuga per micropiastre va alloggiata al piano terra e non ci sono barriere architettoniche

Quesito n. 3 : In riferimento al lotto n. 1 si intende almeno 48 campioni oppure fino a 48 campioni?

Risposta quesito numero 3 : Si conferma quanto scritto l'esigenza è seduta 48 campioni

Quesito n. 4 : i kit prefilled possono solo essere offerti da 48 estrazioni o anche in numero maggiore?

Risposta quesito n. 4: Possono essere offerti i kit estrazione di 48 campioni e non un numero maggiore

Quesito n. 5 : In riferimento al lotto n. 6 si chiede che tipologia di provette si devono etichettare e se occorrono resistenze a temperature elevate/basso oppure solo a temperatura ambiente.

Risposta quesito n. 5: Si chiedono campioni a temperatura ambiente.

Quesito n. 6 : In riferimento al lotto n. 9 si chiede se occorrono puntali con o senza filtro

Risposta quesito n. 6 : Si chiedono puntali con filtro

Il DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)