

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 10618/5

PALERMO, 22/04/2022

CHIARIMENTI

INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 9075/5 DEL 05 APRILE 2022 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER
L'UNITA' OPERATIVA DI SENOLOGIA.

CHIARIMENTI TECNICI

QUESITO 1)

Gli strumenti presenti nelle posizioni 5 e 6 hanno la stessa descrizione, si chiede di verificare.

RISCONTRO

Strumenti in posizione 5 pinze anatomiche lunghe 0,4 mm x 20 cm - Strumenti in posizione 6 pinze anatomiche piccole 0,4 mm x 13 cm.

QUESITO 2)

Relativamente alla posizione n. 25, per quanto a nostra conoscenza i divaricatori Senn-Miller hanno una lunghezza di circa 16 cm, chiediamo di verificare la correttezza della richiesta.


RISCONTRO

Strumenti in posizione 25 Divaricatori con doppio opposto Sen-Miller hanno una lunghezza di 16 cm.

Distinti Saluti.

ASSISTENTE AMM.VO
Dott. Massimo Sanfilippo

Il Direttore UOC Provveditorato


(Dr. Aldo Albano)