

U.O.C. PROVVEDITORATO

DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 12883/5

PALERMO, 18 MAG 2022

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di materiale di consumo necessario per i processi di sterilizzazione per la Centrale di Sterilizzazione dell'Azienda Ospedaliera "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"

CHIARIMENTI

**Alle Imprese interessate alla
fornitura di materiale di consumo
necessario per i processi di sterilizzazione
per la Centrale di Sterilizzazione
dell'Azienda Ospedaliera "OSPEDALI
RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"**

Con riferimento all'indagine di mercato in oggetto, si comunica che a seguito di chiarimenti pervenuti e al fine di non ledere il principio della par condicio dei partecipanti si rende opportuno comunicare quanto segue:

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Si prega di chiarire la caratteristica tecnica n. 7 del lotto 5 (FIALE CON BRODO DI CLTURA) indicata nell'allegato A, in particolare viene richiesta la "Fornitura in comodato d'uso, il dispositivo (elettromedicale con marchio CE) per l'incubazione degli indicatori biologici (fiale) dedicato. Ciò significa che insieme alle fiale con brodo di coltura da offrire, dobbiamo offrire anche lo strumento in comodato d'uso?

RISPOSTA N. 1

Si conferma.


QUESITO N. 2

Art. 7 (Garanzia ed assistenza tecnica) del Capitolato Speciale viene riportato che “Le condizioni e la durata della garanzia dovranno essere documentate dalla ditta offerente indicando nella documentazione tecnica le caratteristiche dettagliate della garanzia proposta sia per quanto riguarda il malfunzionamento che per quanto riguarda la durata prevista del reattivo; tali condizioni vanno documentate in caso di impresa aggiudicataria? Oppure dobbiamo presentare un’apposita dichiarazione insieme alla manifestazione di interesse?”

RISPOSTA N. 2

Le condizioni e la durata della garanzia dovranno essere documentate dalla ditta offerente in sede di gara.

Il Direttore UOC Provveditorato



(Dr. Aldo Albano)