

U.O.C. PROVVEDITORATO

DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 13166/B

PALERMO, 20/05/2020

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di materiale di consumo necessario per i processi di sterilizzazione per la Centrale di Sterilizzazione dell'Azienda Ospedaliera "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"

CHIARIMENTI

**Alle Imprese interessate alla
fornitura di materiale di consumo
necessario per i processi di sterilizzazione
per la Centrale di Sterilizzazione
dell'Azienda Ospedaliera "OSPEDALI
RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"**

Con riferimento all'indagine di mercato in oggetto, si comunica che a seguito di chiarimenti pervenuti e al fine di non ledere il principio della par condicio dei partecipanti si rende opportuno comunicare quanto segue:

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

LOTTO 4 - Viene richiesta la conformità alle norme EN 867-4; EN 867-1 classe B e ISO11140. Quindi l'Uso è per le piccole autoclavi di tipo B o per le grandi autoclavi? In quanto per le grandi autoclavi la conformità EN 867 non è richiesta, ma è richiesta solo la conformità alla UNI EN 11140.

RISPOSTA N. 1

L'utilizzo si riferisce ad autoclavi grandi. Pertanto si richiede solamente la conformità UNI EN 11140.

QUESITO N. 2

LOTTO 5 – Il numero di spore minime presenti per ogni fiala deve essere superiore di 5×10^5 , quindi le spore devono essere $10/6$, oppure $10/5$?

RISPOSTA N. 2

Il numero di spore minimo è di $10/5$

QUESITO N. 3

LOTTO 6 – perché viene richiesta la fornitura di 3 manipoli in comodato d'uso gratuito? Con questo tipo di indicatori non sono previsti.

RISPOSTA N. 3

Si conferma la richiesta di manipoli o dispositivi per l'alloggiamento di Test da posizionare all'interno delle griglie della lavastrumenti.

QUESITO N. 4

Rif. Art. 3.1 punto 7-Relazione Tecnica, si prega di chiarire che tipo di dichiarazione bisogna inviare. E' da inviare una relazione tecnica solo se il prodotto non possiede le caratteristiche richieste? E' sufficiente specificare se il prodotto ha le caratteristiche richieste? Infatti, è già stato previsto l'invio dell'Allegato A e della scheda tecnica del prodotto con l'indicazione delle caratteristiche tecniche;

RISPOSTA N. 4

Va presentata la relazione tecnica per ogni prodotto offerto a prescindere dalla corrispondenza con le caratteristiche indicate nel Capitolato di gara

QUESITO N. 5

Rif. Art. 3.2 Prezzi orientativi: si chiede di precisare dove inserire i prezzi: Viene chiesto di inserirli nel Documento Specifiche dell'appalto, però non troviamo nessun documento con tale denominazione. Dobbiamo predisporre un'offerta a parte? Inoltre, si chiede di confermare che i prezzi indicati non saranno oggetto di aggiudicazione ma serviranno per la predisposizione delle gara;

RISPOSTA N. 5

Bisogna predisporre un'offerta a parte dove indicare i prezzi medi di mercato. Inoltre si conferma che i prezzi indicati serviranno per la predisposizione delle gara;

QUESITO N. 6

Rif. Lotto n.2, nel capitolato speciale a pagina 2 si chiedono fogli da 50 gr e da 60 gr con tolleranza +/-10%, nella descrizione tecnica a pagina 5 si chiedono fogli di grammatura minima di 50gr/mq. Si chiede di chiarire la grammatura e la tolleranza richiesta, e nel caso si richieda una grammatura unica si chiede di verificare le misure e le quantità richieste (vengono richieste tutte le misure con 2 grammature diverse);

RISPOSTA N. 6

Si conferma la grammatura di 50gr/mq con tolleranza +/- 10%; e la grammatura di 60gr/mq con tolleranza +/-10% .


QUESITO N. 7

Rif. Lotto n. 2 si chiede se le misure indicate sono corrette. Infatti, solitamente si tratta di fogli con dimensione quadrata es. Cm. 60x60, 100x100; mentre vengono richieste tutte misure di lunghezza 100 e diversa larghezza es. cm 60x100, 120x100 ecc. ecc.;

RISPOSTA N. 7

Si conferma i fogli con dimensioni quadrate

Il Direttore UOC Provveditorato



(Dr. Aldo Albano)

