

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 18966/5

PALERMO, 27-07-2022

A TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 15163/5 DEL 15/06/2022 PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE - CHIARIMENTI.

In merito alla indagine di mercato in oggetto, ed a seguito di richiesta di chiarimenti, si comunica quanto segue:

RICHIESTA DI CHIARIMENTI:

- 1) Le mascherine chirurgiche di tipo 2R sono dei DM per definizione; quanto da voi chiesto al primo paragrafo delle caratteristiche minime che deve possedere il prodotto da offrire si riferisce invece ai DPI. Si chiede cortesemente conferma che il prodotto da offrire sia DM.
- 2) Ai paragrafi 11 viene chiesto "nome, indirizzo....dell'organismo certificatore che è intervenuto nella fase di certificazione del DPI. Essendo il prodotto da offrire un DM vale quanto sopra chiesto.
- 3) Al paragrafo 12 viene chiesto "significato della marcatura CE". Si chiede cosa si intende.

CHIARIMENTI:

- 1) Si conferma che i prodotti sono DM come da norma EN14683:2019 poi equiparate a DPI con decreto legge 18 del marzo 2020;
- 2) Non trattandosi di DPI non occorre certificazione Organismo Notificato;
- 3) Trattasi di refuso.

Distinti saluti

ASSISTENTE AMM.VO
Dott. Massimo Sanfilippo

IL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO

Dr. Aldo Albano

Pagina 1