

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 27484/5

PALERMO, 16/11/2022

OGGETTO: Avviso pubblico consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura di gara per la fornitura di 20.000 unità di Taq DNA Polymerase Hot Start occorrenti all'U.O.S.D Diagnostica Molecolare Malattie Rare Ematologiche P.O. Cervello –
CHIARIMENTI

Quesito numero 1: Il reagente per caricamento del gel puo' essere fornito separatamente oppure deve essere offerta una mix ready to use?

Risposta quesito 1: Il reagente per caricamento del gel puo' essere fornito anche separatamente.

Quesito numero 2: E' accertata anche una master mix o è necessario offrire componenti separate?

Quesito numero 2: Puo' essere accettata anche una master mix almeno 2X

Quesito numero 3: Eventualmente potrebbe essere accettato anche un buffer 5x ed un MgCl 10Mm?

Risposta quesito 3 : Non è accettato un buffer 5x ed un MgCl₂ 10Mm.

Quesito 4: Si richiede la possibilità di ricevere indicazioni in merito al prodotto attualmente utilizzato al fine di proporre quello piu' idoneo alle vostre esigenze.

Risposta quesito 4: Si confermano le caratteristiche di cui alla presente indagine di mercato.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



Dr. Aldo Albano

Pagina 1