

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 6198/5

PALERMO, 17 MAR 2023

A TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 4806/5 DEL 02 MARZO 2023 PER LA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TEST MOLECOLARI PER DIAGNOSTICA SARS-COV-2 PER L’UNITA’ OPERATIVA DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - CHIARIMENTI.

In merito alla indagine di mercato in oggetto, ed a seguito di richiesta di chiarimenti, si comunica quanto segue:

CHIARIMENTI TECNICI


QUESITO N. 1

Si chiede di chiarire se la richiesta al punto 3 dell’art. 2 (caratteristiche tecniche minime dei beni) del Capitolato riferita alla presenza sia del controllo di reazione esogeno, che di quello endogeno, corrisponda ad un refuso, non essendo presenti sul mercato – a nostra conoscenza – prodotti che contengano entrambe le tipologie di controllo interno. Si chiede a tal proposito se è possibile partecipare fornendo un sistema dotato del solo controllo esogeno, anche nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla procedura in oggetto.


RISPOSTA N. 1

E’ possibile partecipare fornendo un sistema dotato del solo controllo esogeno e si conferma il refuso in quanto al posto di una “e” doveva esserci una “o”.

Distinti saluti


ASSISTENTE AMM.VO
Dott. Massimo Sanfilippo

A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello
IL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato


Dott.ssa Florinda Paladino
Dr. Aldo Albano

Pagina 1