

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 6985/5

PALERMO, 28/03/2023

**A TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE**

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 4806/5 DEL 02 MARZO 2023 PER LA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TEST MOLECOLARI PER DIAGNOSTICA SARS-COV-2 PER L’UNITA’ OPERATIVA DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - CHIARIMENTI.**

In merito alla indagine di mercato in oggetto, ed a seguito di richiesta di chiarimenti, si comunica quanto segue:

**CHIARIMENTI TECNICI**

**QUESITO N. 1**

In merito alla caratteristica minima richiesta del kit “controllo interno di reazione endogeno ed esogeno”, chiediamo conferma che la richiesta così fatta sia un refuso, ma la richiesta corretta sia “controllo interno di reazione endogeno e/o esogeno. Infatti in quest’ultimo caso, la duplice congiunzione E/O, favorirebbe la partecipazione di altri OE, senza ledere il principio della massima concorrenzialità.

**RISPOSTA N. 1**

E’ possibile partecipare fornendo un sistema dotato del solo controllo esogeno o del solo controllo endogeno e si conferma il refuso in quanto al posto di una “e” doveva esserci una “o”.

Distinti saluti

*Dirigente AMM.VO*  
*Massimo Sanfilippo*

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO  
A.O.O.R. Villa Sofia - Cervello  
Dirigente U.O.C. Provveditorato  
Dott. Aldo Albano  
Dott.ssa Florinda Paladino  
*Paladino*

Pagina 1