

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 11535/5

PALERMO, 23/05/2023

**A TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE**

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 2427/5 DEL 01/02/2023 PER LA FORNITURA DI NEFROSCOPI PER CALCOLOSI RENALE PER L'U.O.C. DI UROLOGIA - CHIARIMENTI.**

In merito alla indagine di mercato in oggetto, ed a seguito di richiesta di chiarimenti, si comunica quanto segue:

**CHIARIMENTI TECNICI**

**Richiesta di chiarimenti:**


Per favorire il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, si chiede lo scorporo del lotto unico, come da capitolato tecnico, in più lotti secondo i numeri già presenti nel Vs allegato – Regolamento tecnico.

**Chiarimenti:**

Non è possibile scorporare il lotto unico del capitolato tecnico, pertanto si conferma la richiesta di Set di Nefroscopi come da capitolato dell'indagine di mercato prot. n. 2427/5 del 01/02/2023. L'impossibilità alla scorporazione dei lotti cui si fa riferimento nasce dal rischio che in tale modo vengano aggiudicati componenti non compatibili tra loro con conseguente inutilizzabilità o resa suboptimale per necessità di uso di adattatori laddove invece l'utilizzo di tutto un set di un'unica casa madre garantisce la compatibilità e la massima prestazione. Essendo tale strumentazione utilizzata per gli interventi di litotrissia percutanea, procedura di indubbia complessità e rischio, si ritiene fondamentale garantire al paziente l'utilizzo delle apparecchiature con miglior prestazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO

  
Dr. Aldo Albano

Pagina 1