

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 11828/5

PALERMO, 25.05.2023

OGGETTO: Avviso pubblico consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura di gara per la fornitura in noleggio di sistemi completi comprensiva del servizio di manutenzione FULL RISK e del materiale di consumo occorrente alla U.O.C. di Medicina Trasfusionale e dei Trapianti con UOS HLA e UOS CQB suddivisa in ventisette lotti

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

RISCONTRO CHIARIMENTI E PROROGA TERMINI

QUESITO N.1:

Si chiede di quantificare il numero di sedi di raccolta dove verranno installate le 30 bilance richieste.

RISCONTRO N.1:

si comunica che il numero di sedi di raccolta dove saranno installate le 30 bilance sarà fino a 6

QUESITO N.2:

Relativamente al lotto 12. Sistema per produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale, gel Piastrinico, Plasma ricco di piastrine e colliri CHIEDE:

- Di scorporare dal lotto 12 la parte relativa all'aliquotazione del collirio e al relativo trasporto, prevedendo un lotto/sublotto aggiudicabile separatamente
- La possibilità di offrire tipologie di kit equivalenti a quelle riportate nella tabella riassuntiva.
- Il dettaglio, sulla base delle necessità manifestate nel Capitolato Speciale lo scorporo riguarda:

Tipologia kit per anno	Quantità
Sistema di trasporto materiale biologico (collirio)	500
Sets per collirio composto da 10 fialoidi da	50

Pagina 1

1,45m	
Sets per collirio composto da 20 fialoidi da 1,45ml	25
Sets per collirio collana composto da 30 fialoidi da 1,45ml	450
Sets per collirio a collana composto da 40 fialoidi da 1,45ml	450
Sets per collirio a colonna composto da 50 fialoidi da 1,45ml	25

Questo materiale è riconducibile ad una fase propria del processo di produzione emocomponenti ovvero l'aliquotazione collirio e non necessita dell'apparecchiatura richiesta in service; può quindi essere trattato come lotto a sé stante senza compromettere alcuna delle altre fasi di lavorazione.

La tipologia del kit riportati nel dettaglio del Capitolato speciale e la definizione di un solo e unico lotto di affidamento del sistema di produzione emocomponenti identifica una sola azienda presente sul mercato e limita il principio di concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, andando contro anche gli interessi dell'Azienda.

RISCONTRO N.2:

E' possibile scorporre dal lotto 12 la parte relativa all'aliquotazione del collirio ed al relativo trasporto, prevedendo un lotto aggiudicabile separatamente comprensivo di:

Tipologia kit per anno	Quantità
Sistema di trasporto materiale biologico (collirio)	500
Sets per collirio composto da 10 fialoidi da 1,45m	50
Sets per collirio composto da 20 fialoidi da 1,45ml	25
Sets per collirio collana composto da 30 fialoidi da 1,45ml	450
Sets per collirio a collana composto da 40 fialoidi da 1,45ml	450

Pagina 2

Sets per collirio a colonna composto da 50 fialoidi da 1,45ml	25
--	-----------

QUESITO N.3:

relativamente al servizio **Customer Care** pagina 67 “Capitolato speciale”, siamo a richiedere il seguente chiarimento:

“Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00”.

Alla voce **Disponibilità del servizio** pagina 68 “Capitolato speciale” viene richiesto:

Dalle 08:00 alle 20:00

dal lunedì alla domenica incluso (7 giorni su 7) .

RISCONTRO N.3:

si conferma quanto indicato alla voce **Disponibilità del servizio** pagina 68 “Capitolato speciale”:

Dalle 08:00 alle 20:00

dal lunedì alla domenica incluso (7 giorni su 7)

QUESITO N.4:

Lettera d’invito art. 3 “Scadenza e modalità presentazione manifestazione d’interesse”

Si chiede di confermare che si possa effettuare un invio per ogni lotto d’interesse

RISCONTRO N.4:

si conferma

QUESITO n.5 :

si chiede di prevedere la fornitura di apparecchiature ricondizionate a nuovo e mantenute. Ciò si rende necessario anche in considerazione delle note difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e i semilavorati necessari per la realizzazione dei dispositivi medici e in aggiunta dei componenti elettrici ed elettronici materie chimiche e plastiche ed il conseguente incremento dei costi delle stesse

RISCONTRO N. 5: le apparecchiature offerte dovranno essere nuove, di ultima generazione con i requisiti di cui al capitolato

QUESITO N.6:

stante la complessità della documentazione e la necessità di richiedere chiarimenti di carattere tecnico si richiede una proroga del termine di presentazione della documentazione richiesta, differendolo, se possibile di 15 gg.

RISCONTRO N. 6:

il termine per la presentazione delle **richieste di chiarimento** viene prorogato dal 29 maggio 2023 al **05 giugno 2023**

il termine per la **presentazione delle manifestazioni d'interesse** viene prorogato dal 09 giugno 2023 al **16 giugno 2023**

REFUSI

Lotto 10: è riportato in tabella reagenti il "D partial-"200" (pag. 25)-trattasi di refuso

Lotto 11 (pag. 28) sono indicate n. 2 centrifughe da banco refrigerate –Leggasi: n. 2 centrifughe da banco

ERRATA CORRIGE

Si comunica che i seguenti lotti:

Lotto n. 2 SISTEMA CITOFLUORIMETRIA PER L'ESECUZIONE DI CROSS MATCH PER TRAPIANTI EMOPOIETICI E DI ORGANI SOLIDI

Lotto n. 5 HLA-CDC

Lotto n. 6 SISTEMA PER LA VALIDAZIONE BIOLOGICA DI SIEROLOGIA, VIROLOGIA, CHIMICA CLINICA DELLE SACCHE DI SANGUE E/O EMOCOMPONENTI PER LA U.O.S. CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DELL'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE E DEI TRAPIANTI


Lotto n.8 SISTEMA DI RILEVAMENTO RNA/DNA VIRALE PER LA VALIDAZIONE DELLE SACCHE DI SANGUE E/O EMOCOMPONENTI PER LA U.O.S. CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DELL'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE E DEI TRAPIANTI

Lotto n. n. 10 FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI TOTALMENTE AUTOMATICI, DI ULTIMA GENERAZIONE CHE UTILIZZINO LA METODICA DELL'AGGLUTINAZIONE SU COLONNA PER L'ESECUZIONE DEI TEST IMMUNOEMATOLOGICI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE RICHIESTE TRASFUSIONALI

Pagina 4

necessitano di assistenza almeno 12 ore al giorno (dalle 8:00 alle 20:00) festivi compresi per garantire la continuità del servizio- Requisito indispensabile

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



Dr. Aldo Albano

A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Florinda Paladino

