

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 13196/5

PALERMO, 06.06.2023

OGGETTO: Avviso pubblico consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura di gara per la fornitura in noleggio di sistemi completi comprensiva del servizio di manutenzione FULL RISK e del materiale di consumo occorrente alla U.O.C. di Medicina Trasfusionale e dei Trapianti con UOS HLA e UOS CQB suddivisa in ventisette lotti – **RICHIESTA DI CHIARIMENTI.**

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
RISCONTRO CHIARIMENTI

QUESITO 1

Relativamente al lotto n° 24 **SISTEMA PER IL SICURO RICONOSCIMENTO DI PAZIENTI DA SOTTOPORRE A TERAPIA TRASFUSIONALE SI CHIEDE:**

1. Di specificare l'esatto numero delle ricariche telefoniche da fornire in ragione degli n° 80 palmari previsti.
2. Il numero di operatori del Sistema che dovranno essere formati, al fine di un corretto dimensionamento economico-

RISCONTRO QUESITO 1

Il numero di ricariche telefoniche deve soddisfare 18.000 trasfusioni; dovranno essere formati circa 500 operatori sanitari.

QUESITO 2

Lotto 3 : **Sistema di studio HLA mediante Next Generation Sequencing (NGS)**

Si chiede se è possibile rispondere ai due sub lotti 3A e 3B separatamente

RISCONTRO QUESITO 2

È possibile rispondere ai due sub lotti 3A e 3B separatamente

QUESITO 3

In riferimento alla consultazione preliminare di mercato si richiede quale sarà il tipo di procedura che seguirà alla consultazione di mercato per la scelta dell'Operatore economico cui affidare la fornitura.

RISCONTRO QUESITO 3

La scelta del contraente attiene ad una fase successiva all'indagine i mercato.

QUESITO 4

In riferimento alla richiesta di n° 2 Stampanti EASYCODER P41, al fine di non indirizzare su uno specifico fornitore la richiesta e poiché nel tempo i modelli ed i codici prodotti possono variare, si chiede di potere offrire anche stampanti equivalenti.

RISCONTRO QUESITO 4

Possono essere offerte stampanti equivalenti

QUESITO 5

Si chiede di confermare che i fabbisogni corretti relativi al lotto 6 siano quelli quantificati alla pag. 17 del Capitolato Tecnico, paragrafo "ELENCO TEST OBBLIGATORI TABELLA" e quindi pari a 70.000 quantitativi annui e che, di conseguenza, il valore di 75.000 unità di sangue/annue richiesto a pag. 14 del Capitolato "Si richiede un sistema per l'esecuzione dello screening sierologico dei donatori di sangue ed emocomponenti ed aspiranti, per i markers dell'epatite, dell'HIV, delle sifilide, del CMV e per la ripetizione dei test in urgenza, comprensivo dei test di chimica clinica previsti dalla legge per circa 75.000 unità di sangue/annue" costituisca un refuso

RISCONTRO QUESITO 5

I fabbisogni relativi al lotto 6 sono quelli quantificati a pag. 17 del capitolato tecnico e quindi pari a 70.000/anno .Il valore 75.000 unità è un refuso.

QUESITO 6

In riferimento alle “Caratteristiche test virologici di validazione” di cui alle pagine 16 e 17 del Capitolato, trattandosi di un service per la validazione di sacche per donatori, si chiede di confermare che i valori di specificità e sensibilità richiesti sono da riferirsi ad una popolazione di donatori con riferimenti alle IFU dei dosaggi.

RISCONTRO QUESITO 6

I valori di specificità e sensibilità sono da riferirsi ad una popolazione di donatori.

QUESITO 7

Tabella “Consumi annui presunti tests/ml per anno”, Tipizzazione automatica allargata antigeni rari Quantità 200, si chiede di precisare quale tipologia di antigeni sia richiesta e se i n. 200 test siano d intendersi per singolo antigene o totali e, in quest’ultimo caso, di esplicitare come vadano suddivisi tali quantitativo per ciascun antigene.

RISCONTRO QUESITO 7

Gli antigeni sono Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, NS, s, CW, P1, Lea, Leb, K Kpa, Kpb, Lua Lub; le quantità sono da intendersi per singolo antigene.

QUESITO 8

Per la richiesta N-1 postazione manuale completa tipo workstation con tracciabilità della lettura: Si chiede se è possibile ovviare alla richiesta del Lettore in emoagglutinazione in quanto non garante della tracciabilità del dato e prerogativa di uno o nessun fornitore per il lotto 11

RISCONTRO QUESITO 8

è possibile ovviare alla tracciabilità della lettura in quanto metodica manuale.

QUESITO 9

Per la richiesta n. 2 Centrifughe da banco refrigerate:

Si chiede di consentire la fornitura di centrifughe non refrigerate dal momento che tale prerogativa non è applicabile ai test Immunoematologia. A riprova si fa notare che le centrifughe

richieste per il lotto 10 in schedina, i cui test richiesti sono del tutto analoghi a quelli del lotto 11, sono semplici centrifughe da banco.


RISCONTRO QUESITO 9

Già indicato in precedente nota che trattasi di refuso il termine “refrigerata”

A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Florinda Paladino



IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



Dr. Aldo Albano