

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 19391/5

PALERMO, 16/08/2023

**INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 18523/5 DEL 02/08/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".**

### CHIARIMENTI

#### **QUESITO 1)**

In merito alla partecipazione alla consultazione ed il rispetto dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, siamo a richiedere se è possibile ricorrere all'avvalimento oppure no.

#### **RISCONTRO QUESITO 1)**

Si conferma la possibilità di potere ricorrere all'istituto dell'avvalimento nei termini di cui all'art. 104 del D.Lgs 36/2023.

#### **QUESITO 2)**

Si chiede di sapere se la fornitura viene effettuata in un'unica soluzione.

#### **RISCONTRO QUESITO 2)**

La fornitura verrà espletata in somministrazione a seconda delle necessità dell'Azienda Ospedaliera.

#### **QUESITO 3)**

In merito ai lotti 1 e 2 siamo a richiedere la possibilità di offrire mascherine senza valvola.

#### **RISCONTRO QUESITO 3)**

Si accoglie la richiesta formulata dall'operatore economico.

#### **QUESITO 4)**

In merito al lotto 4 siamo a richiedere la possibilità di offrire un prodotto certificato come Dispositivo Medico di Classe I.

#### **RISCONTRO QUESITO 4)**

Si conferma che i prodotti richiesti, in quanto DPI, non possono essere inclusi tra i Dispositivi di classe I. Pertanto i prodotti offerti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14126:2004 (rischi di esposizione agli agenti infettivi ed alla penetrazione di liquidi contaminanti) ed alle norme UNI EN 13688:2013 (requisiti generali degli indumenti di protezione).

#### **QUESITO 5)**

In merito al lotto 5 siamo a richiedere se è possibile offrire una Visiera Monouso certificata come DPI di II categoria.

#### **RISCONTRO QUESITO 5)**

Si conferma che la visiera deve essere corredata da Certificazione come DPI di III categoria.

#### **QUESITO 6)**

Lotto 1 e lotto 2: si prega di confermare se trattasi di mascherine (FFP2 ed FFP3 NR con valvola) con elastico auricolare o nucale;

#### **RISCONTRO QUESITO 6)**

Si comunica che le mascherine si intendono senza valvole e con, indistintamente, elastico nucale/auricolare. Resta inteso che le maschere saranno sottoposte a prova pratica da parte degli utilizzatori che ne verificheranno l'indossabilità e la tollerabilità.

#### **QUESITO 7)**

Lotto 3: si chiede conferma se le tute protettive tipo 5B/6B debbano avere le cuciture nastrate (la nastratura nelle tute protettive è solitamente indicata per il tipo 4B/5B/6B). Inoltre si segnala che lo standard EN 14605:2009 indicato è applicabile solo sulle tute 4B non anche alle tute 5B/6B. Dunque si chiede conferma se la richiesta sia per le tute protettive tipo 4B/5B/6B. Norme di riferimento:

EN 13688:2013

EN 13034:2009

EN 13982-1:2011

EN 14605:2009

EN 14126

E tute non nastrate. Norme di riferimento:

EN 13688:2013

EN 13034:2009

EN 13982-1:2011

EN 14126

### RISCONTRO QUESITO 7)

Si conferma che lo Standard EN14605:2009 va applicato esclusivamente alle Tute tipo 4B. Inoltre si conferma che le cuciture per il tipo 5B e 6B devono essere nastrate.

~~ASSISTENTE AMM.VO~~  
~~Dott. Massimo Sanfilippo~~

Il Responsabile del Procedimento

Florinda Paladino

(Dr.ssa Florinda Paladino)

Il Direttore UOC Provveditorato

~~A.O.O.R. Villa Sofia - Cervello~~  
~~Il Dirigente U.O.C. Provveditorato~~  
~~Dott.ssa Florinda Paladino~~  
Paladino

