

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 21560/5

PALERMO, 18-09.2023

OGGETTO: Avviso pubblico consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della fornitura suddivisa in n° 10 lotti di varie attrezzature da Laboratorio occorrenti alla U.O. di Genetica Medica P.O. Cervello– **Chiarimenti**

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Quesito n. 1: Lotto 10 Le pipette multicanali quanti canali devono essere?

Risposta quesito numero 1 : Le pipette multicanale occorrenti al Laboratorio sono 8 canali.

Quesito n. 2 : Che tipo di puntali richiedete (standard, sterili, con filtro o senza).

Risposta quesito numero 2: I puntali deono essere con filtro, DNasi e RNasi free per utilizzo in biologia molecolare.

Quesito n. 3: Lotto 1 Al fine di soddisfare la richiesta di 48 campioni, è possibile offrire piu' di uno strumento?

Risposta quesito 3: Stante la necessità del Laboratorio di estrarre almeno 48 campioni alla volta, in un tem non superiore ai 60 minuti a seduta, è possibile proporre piu' di uno strumento con le medesime caratteristiche in indagine, seza maggiori oneri per questa Azienda Ospedaliera.


Quesito 4: Lotto 1 E' possibile proporre un estrattore automatico a 32 campioni, con protocolli di durata da 20 a 60 minuti?

Risposta quesito 4 : E' possibile proporre estrattori con protocolli di durata variabile ma in ogni caso non superiore ai 60 minuti.

Quesito n. 5 :Si richiede se le caratteristiche tecnico minime dei kit di estrazione DNA/ENA sono solo quelle indicate nel capitolato speciale in quanto non presenti nello schema “Caratteristiche tecniche minime” per le apparecchiature, documento che dev’essere allegato in fase di partecipazione

Risposta quesito 5: Lo schema “caratteristiche tecniche minime” riguarda le apparecchiature, quanto indicato nel Capitolato speciale riguarda sia le apparecchiature che il materiale di consumo oggetto d’indagine di mercato.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)

A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Florinda Paladino
