

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 22060 /5

PALERMO, 22 SETTEMBRE 2023

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1
VIDEOECOGASTROSCOPIO E CAVO DI COLLEGAMENTO PER L'UOC DI
GASTROENTEROLOGIA - CHIARIMENTI.**

**A tutte le Imprese interessate alla gara
dell'Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello"**

Con riferimento all'esperimento della procedura di gara in oggetto, si comunica che a seguito dei chiarimenti richiesti si rende opportuno comunicare quanto segue:

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N°1

Si chiede:

Cosa debba intendersi per fornitura dell'eventuale materiale di disinfezione dei beni del sistema.

RISPOSTA N°1

In merito al quesito sopra riportato si chiarisce che la specificazione attiene ad una richiesta ipotetica e dunque è solo eventuale la possibilità di prevedere prodotti atti alla disinfezione dell'apparecchiatura.

QUESITO N°2

Si chiede:

Cosa debba intendersi per fornitura dell'eventuale materiale di consumo e di accessori per il corretto funzionamento.

RISPOSTA N°2

In merito al quesito sopra riportato si chiarisce che la presenza di materiale di consumo e di accessori per il corretto funzionamento è solo eventuale.

QUESITO N°3

Si chiede:

Cosa debba intendersi, a pag. 2 del disciplinare tecnico, nella parte in cui specifica che “l’impresa aggiudicataria deve prevedere la restituzione dei contenitori”.

RISPOSTA N°3

In merito al quesito sopra esposto si specifica che trattasi di refuso.

QUESITO N°4


Si chiede:

Di eliminare tra le caratteristiche ecografiche riportate nel disciplinare tecnico il tipo di scansione M-Mode in quanto modalità utilizzata in ecocardiografia.

RISPOSTA N°4

In merito al quesito sopra riportato si conferma l’eliminazione delle modalità M-mode in quanto modalità utilizzata in ecocardiografia.

Il Direttore UOC Provveditorato



(Dr. Aldo Albano)