

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 22607/5

PALERMO, 26/09/2023

## CHIARIMENTI

**INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 20555/5 DEL 06/09/2023 PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO POLIUSO PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA-CERVELLO.**

### CHIARIMENTI TECNICI

#### QUESITO 1)

Lotto 1 rif. 5 e 6: si chiede di verificare la descrizione, essendo uguale in entrambi i riferimenti. Inoltre si chiede di specificare cosa si intenda con la misura 0,4 mm x 20 cm x 13 cm.

#### RISCONTRO QUESITO 1)

Si comunicano le corrette descrizioni:

Lotto 1 voce 5: Pinza anatomica lunga morso in tungsteno con struttura 0,4 (morso) X 20 cm (lunghezza) circa;

Lotto 1 voce 6: Pinza anatomica lunga morso in tungsteno con struttura 0,4 (morso) X 13 cm (lunghezza) circa;

#### QUESITO 2)

Lotto 3: in riferimento alla voce n. 23 del lotto n. 3 viene richiesto un prodotto non omogeneo allo strumentario chirurgico. La presenza di tale articolo non permette alle aziende distributrici di strumentario chirurgico di partecipare alla eventuale gara e di non potere nessuna alternativa perché quanto richiesto sembra un prodotto per elettrochirurgia e distribuito sul mercato in esclusiva da una sola azienda.

La presenza di una voce disomogenea all'interno del lotto non tutela la libertà di concorrenza, principio espresso e codificato dall'art. 41 Cost.

La stessa voce viene ripetuta nei lotti:

n. 15 voce n. 27 - n. 17 voce n. 54 - n. 25 voce n. 21

Sono tutti lotti di strumentario chirurgico con un articolo di elettrochirurgia.

Pertanto, dal momento che la presente indagine di mercato non può avere come effetto quello di falsare la libera concorrenza, come stabilito ex art. 72 comma 2 D. Lgs 36/2023, si chiede di fornire le ragioni (finalità e necessità) dell'inserimento del citato articolo di elettrochirurgia, specialmente laddove l'indagine addivenga al risultato di individuare come presente sul mercato una sola azienda in grado di soddisfare il requisito richiesto.

## **RISCONTRO QUESITO 2)**

I prodotti non omogenei sono stati inseriti per mero errore. Pertanto nella gara che seguirà la presente indagine di mercato le seguenti voci saranno eliminate: Lotto 3 voce n. 23 - Lotto 15 voce n. 27 - Lotto 17 voce n. 54 - Lotto 25 voce n. 21.

Il Responsabile del Procedimento



(Dr.ssa Florinda Paladino)

Il Direttore UOC Provveditorato



(Dr. Aldo Albano)