



**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**  
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo  
Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

**DETERMINA** n° 45 .....

del 05 MAG 2023 .....

**OGGETTO:** Ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C. – Liquidazione fattura n. 153/2023 del 18/04/2023 di € 3.550,20, IVA compresa, relativa alla rimessa in funzione della centrale di monitoraggio Fetal Care in uso presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Cervello.

<b>UOC SERVIZIO TECNICO</b>	<b>UOC ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b>
<p><b>RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA</b> Il Coadiutore Amministrativo <i>Rosa Greco</i></p> <p><b>IL DIRIGENTE INGEGNERE CLINICO</b> <i>Ing. Teresa Maisto</i></p> <p>.....</p>	<p>Visto</p> <p>Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato</p> <p>CONTO ECONOMICO .....</p> <p><b>IL DIRETTORE UOC</b></p> <p>.....</p>

05 MAG 2023

In data ..... nella sede dell'UOC Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo Viale Strasburgo, 233.

**IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE DELL' UOC SERVIZIO TECNICO**  
**Ing. Clelia Buscaglia**

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con delibera n. 22 dell'11 gennaio 2023, assistito dal segretario verbalizzante FRANCESCA BARBACCIA, adotta la seguente determina:

**Richiamata** la delibera n. 22 dell'11 gennaio 2023, con la quale il Commissario Straordinario di questa AOOR. "Villa Sofia – Cervello" conferisce al Dirigente Ingegnere Civile ing. Clelia Buscaglia, Direttore dell'UOS Patrimonio e Logistica dell'UOC Servizio Tecnico, le funzioni delegate ivi individuate;

**Premesso** che, tramite portale Coswin messo a disposizione dalla Società Polygon S.p.A., aggiudicataria della Convenzione per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per l'Azienda Villa Sofia – Cervello, è pervenuta in data 02/12/2022, da parte dell'UO Ostetricia e Ginecologia del P.O. Cervello, la richiesta n. RDL0113807 di "Rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata Fetal Care - VEDI SISTEMA DA ORDINATIVO", non in uso da diverso tempo;

**Atteso** che, la Società Polygon S.p.A., aggiudicataria della Convenzione per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per l'Azienda Villa Sofia – Cervello, trattandosi di attività di manutenzione straordinaria non prevista contrattualmente, ha richiesto alla ditta fornitrice dell'intero sistema, la CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., una valutazione complessiva dello stato della centrale di monitoraggio Fetal Care, costituita da n. 6 monitor fetali e n. 2 telemetrie cardiocografiche, con contestuale formulazione di un preventivo di spesa per il ripristino del corretto funzionamento, e che la ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., ha riscontrato la richiesta di riparazione con un preventivo di spesa che prevede la sostituzione di n.1 trasmettitore seriale 4 Nport 5410W c/adattatore cod MOXA 2x-4 porte modem/router, n.8 adattatori di rete RS232/LAN da 3 mt, n.8 cavi di rete DS LAN da 3 mt e n.1 stampante laser compatibile con il sistema operativo SEVEN, previa realizzazione della necessaria infrastruttura di rete (punti LAN);

**Vista** la e-mail del 27/02/2023, acquisita al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico, in data 28/02/2023 al n.1010/ST, con la quale la Società Polygon S.p.A. ha trasmesso il preventivo di spesa n.45/SI del 09/02/2023 elaborato dalla ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., per un importo pari ad € 2.910,00, oltre IVA, per i lavori sopra descritti;

**Atteso** che per le vie brevi l'UOC ICT Management ha confermato di aver ultimato la realizzazione dei punti rete nelle stanze di degenza presso le quali installare e mettere in funzione i monitor fetali e le telemetrie cardiocografiche di che trattasi, da collegare alla relativa centrale di monitoraggio, da posizionare in medicheria;

**Precisato** che, con ordine TEC 23/25 del 27/03/2023 di € 3.550,20, IVA compresa, questa UOC ha autorizzato, la ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., con sede legale in via Paolo Veronese, 5 – 90145 Palermo - P.I. 03006480820, i lavori sopra descritti, mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente alla realizzazione dei lavori di che trattasi è stato attribuito il "codice identificativo di gara" (CIG) n° Z2A3A8D02C;

**Visto** l'ordine di lavoro n.156746, trasmesso in data 27/02/2023 a mezzo e-mail e acquisito al protocollo di questa UOC Servizio Tecnico al n.1010/ST del 28/02/2023 dalla ditta Polygon, con allegato altresì il rapporto tecnico CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., relativamente ai lavori sopra descritti;

**Visto** il modello "DURC", acquisito al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n.2104/ST del 28/04/2023, dal quale si evince che la ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 20/06/2023;

**Vista** la fattura n.153/2023 del 18/04/2023 di € 3.550,20, IVA compresa, emessa dalla ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., per la sostituzione di n.1 trasmettitore seriale 4 Nport 5410W c/adattatore cod MOXA 2x-4 porte modem/router, n.8 adattatori di rete RS232/LAN da 3 mt,

n.8 cavi di rete DS LAN da 3 mt e n.1 stampante laser compatibile con il sistema operativo SEVEN per il ripristino del corretto funzionamento della centrale di monitoraggio Fetal Care in uso presso l'UO Ostetricia e Ginecologia del P.O. Cervello, di cui al preventivo n. 45/SI del 09/02/2023, con in calce l'attestazione del Dirigente Ingegnere Clinico, Ing. Teresa Maisto, per il lavoro regolarmente eseguito;

**Vista** la lista di liquidazione n.2142 del 26/04/2023 sottoscritta dal Dirigente Ingegnere Clinico, Ing. Teresa Maisto, con la quale l'UOC Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura n.153/2023 del 18/04/2023 di € 3.550,20, IVA compresa, emessa dalla ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., per i lavori di ripristino del corretto funzionamento della centrale di monitoraggio Fetal Care in uso presso l'UO Ostetricia e Ginecologia del P.O. Cervello, giusto ordinativo TEC 23/25 del 27/03/2023, corredato da modello "DURC" che rileva che la ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 20/06/2023;

**Precisato** che il presente provvedimento, come disposto con deliberazione n. 44 del 11/01/2023 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda", trova copertura finanziaria sul conto economico 5.03.03.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche";

**Dato atto** che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con la citata delibera n.22 dell'11 gennaio 2023;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della su indicata fattura elettronica;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1. Dare atto** che questa UOC ha autorizzato la ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C. ad eseguire i lavori di ripristino del corretto funzionamento della centrale di monitoraggio Fetal Care in uso presso l'UO Ostetricia e Ginecologia del P.O. Cervello, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- 2. Liquidare la fattura n. 153/2023** del 18/04/2023 di € 3.550,20, IVA compresa, emessa dalla ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C., per i lavori sopra descritti, ed inseriti nella **lista di liquidazione n. 2142 del 26/04/2023** sottoscritta dal Dirigente Ingegnere Clinico dell'Azienda, giusto ordinativo TEC 23/25 del 27/03/2023, corredato dal modello "DURC" che rileva che la CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 20/06/2023, e che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 44 del 11/01/2023 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda, sul conto economico 5.03.03.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche";
- 3. Autorizzare** l'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, di € 3.550,20, IVA compresa, a favore della ditta CE.AS.T. S.n.c di Di Prima Giovanni & C.;
- 4. Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla **lista di liquidazione n. 2142 del 26/04/2023**, all'UOC Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
- 5. Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/11/1993, n. 30 "Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla GURS 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell'art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei

6. pagamenti ( ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3 – bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n. 22/2015 MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute;
7. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;
8. **Inoltare** il presente provvedimento, in copia, per il successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all'UOC Programmazione, Controllo di Gestione Sistemi Informativi Aziendali e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

IL DIRIGENTE INGEGNERE CLINICO

*(Ing. Teresa Maisto)*

---

IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE  
dell'UOC SERVIZIO TECNICO

*Ing. Clelia Buscaglia*

---

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

*Sig.ra Francesca Barbaccia*

---



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
I VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233  
90146 PALERMO PA  
0917801111

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2142

Del 26/04/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA GRECO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Dirigente autorizza il pagamento della fattura per il lavoro regolarmente eseguito

### ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2023 / 96 - 5.03.03.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALL

CONTO: 5.03.03.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

Fornitore: (10896) CE.AS.T. S.N.C. DI DI PRIMA  
GIOVANNI & C

VIA PAOLO VERONESE, 5  
90145 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 03006480820

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2023/ 6839	19/04/2023	153/2023	18/04/2023	6839	19/04/2023	€ 3.550,20	Z2A3A8D02C	44	11/01/2023

Totale Fornitore - 10896

€ 3.550,20

TOTALE CONTO - 5.03.03.01.0101

€ 3.550,20

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 96

€ 3.550,20

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 3.550,20

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 3.550,20

TECNICO  
U.O.C. Servizio Tecnico  
Il Dirigente Ingegnere Clinico

Ing. Teresa Maisto



*[A large, handwritten signature in black ink is written across the page, crossing through the stamp.]*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **8REKK**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03006480820**  
Codice fiscale: **03006480820**  
Denominazione: **CE.AS.T. snc**  
Regime fiscale: **RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)**

### Dati della sede

Indirizzo: **via Paolo Veronese, 5**  
CAP: **90145**  
Comune: **Palermo**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**  
Numero di iscrizione: **100046**  
Capitale sociale: **4000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **091229116**  
Fax: **091227547**  
E-mail: **ceastpa@virgilio.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05841780827**  
Codice Fiscale: **05841780827**  
Denominazione: **Az.Osp.Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello**

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale Strasburgo N. 233**  
CAP: **90146**  
Comune: **Palermo**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000212610**  
Data registrazione: **19/04/2023**  
N.Prot.Registrazione: **6839**  
N.Prot.IVA: **1/6642**  
P.N.: **2023023407**  
Fornitore: **10896 CE.AS.T. S.N.C. DI DI PRIMA GIOVANNI & C**  
Tot.Fattura: **3550,20**

**Lavori regolarmente eseguiti in  
conformità a quanto richiesto  
Si autorizza il pagamento**

**U.O.C. Servizio Tecnico**  
**Il Dirigente Ingegnere Clinico**  
**Ing. Teresa Maisto**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-04-18** (18 Aprile 2023)  
Numero documento: **153/2023**  
Importo totale documento: **3550.20**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC23-25**  
Data ordine di acquisto: **2023-03-27** (27 Marzo 2023)  
Codice commessa/convenzione: **#UF105S#**



## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS. ORD. 1TEC 23-25 DEL 27/03/2023 CIG Z2A3A8D02C  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Effettuato ns. intervento presso Osp. Cervello U.O. Ostericia e Ginecologia su Centrale Di Monitoraggio FETAL CARE + Trasmettitore seriale 4 nPORT 5410W C/ADATTATORE  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: AswArtFor  
Valore: moxa-4-porte  
Descrizione bene/servizio: Convertitore 4 porte seriale/RJ45  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: pz  
Valore unitario: 1550.00  
Valore totale: 1550.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: adattatori  
Quantità: 8.00  
Unità di misura: pz  
Valore unitario: 30.00  
Valore totale: 240.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: cavi rete  
Quantità: 8.00  
Unità di misura: pz  
Valore unitario: 5.00  
Valore totale: 40.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 6

#### Codifica articolo

Tipo: AswArtFor  
Valore: HP6GW62F  
Descrizione bene/servizio: Stampante Lasert mod. HPM209DW  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: pz  
Valore unitario: 200.00  
Valore totale: 200.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: SERIALE  
Valore testo: VNF3K08762

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Configurare i settaggi di comunicazione del convertitore MOXA montaggio PC Server e monitoraggio PC Client + controllo funzionale unità trasmettente + corso di formazione al personale utilizzatore.  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Ore di lavoro  
Quantità: 8.00  
Valore unitario: 110.00  
Valore totale: 880.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2910.00  
Totale imposta: 640.20  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento





Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2023-07-18** (18 Luglio 2023)  
Importo: **2910.00**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT Ag 4 Palermo**  
Codice IBAN: **IT71R0200804686000004192703**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)





*[A large, thin, curved line is drawn across the page, passing through the central stamp.]*





AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI  
RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233 90146  
PALERMO  
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827  
Fax: - Tel: 0917801111

ORDINATIVO D'ACQUISTO			
Num.	TEC23/25	Data	27/03/2023 Pag. 1 /1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA			
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine	
LK02WU		1-TEC23-25	

MAGAZZINO TECNICO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	10896		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 27/03/2023 Telefono:		
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE		
Contratto	(G)C2023/11 - Lavori in economia anno 2023 delibera n.44 del 11/01/2023 Delibera 44 del 11/01/2023	Codice CIG	Z2A3A8D02C

**SPETT.LE:**

CE.AS.T. S.N.C. DI DI PRIMA GIOVANNI & C  
VIA PAOLO VERONESE, 5  
90145 PALERMO (PA)  
Tel. 091/229116 - 091/685  
Fax. 091/227547-091/227547  
Email:

Rimessa in funzione centrale monitoraggio cardiocografica  
- fetal care- offerta n.45/si del 09/02/2023

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Cod.Cig: Z2A3A8D02C Centro di Prelievo: AFH371003000 VC-OSTETR. E.GINEC.-INDISTINTO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 2.910,00	0,00	€ 2.910,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	2.910,00	640,20	3.550,20

**Riferimenti contabili:**

5.03.03.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

3.550,20

**Condizioni generali d'acquisto:**

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

Per IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
SERVIZIO TECNICO

*Clara Pappalardo*

**Avviso Importante:**

Si ricorda che dal 1° Febbraio 2020, sarà obbligatorio trasmettere gli ordini di acquisto tramite canale NSO, conseguentemente si invitano i fornitori a seguire le indicazioni di cui alla nota pubblicata al seguente link:  
[https://www.ospedaliriunitipalermo.it/\\_avvio\\_processo\\_di\\_gestione\\_elettronica\\_degli\\_ordinativi\\_di\\_acquisto\\_di\\_beni\\_e\\_servizi\\_mediante\\_il\\_nodo\\_smistamento\\_ordini.html](https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.html)

IL FUNZIONARIO

*Antonio Manno*





UOC Servizio Tecnico &lt;settoretecnico@villasofia.it&gt;

**R: rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata - RDL0113807 odl 156746**

1 messaggio

*Maino  
of*

r.abbate@polygon.eu &lt;r.abbate@polygon.eu&gt;

27 febbraio 2023 alle ore 17:18

A: Teresa Maisto &lt;teresamaisto@villasofia.it&gt;, settoretecnico@ospedaliriunitipalermo.it, Michele Ruggiano

&lt;m.ruggiano@ospedaliriunitipalermo.it&gt;

Cc: g.deluca@polygon.eu, COMMESSA AOOR CERVELLO PA011 &lt;pa011@polygon.eu&gt;

Buonasera

In allegato sono ad inoltrare comunicazione nel merito di quanto specificato in oggetto

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti

Saluti




Abbate Rosaria

Polygon S.p.A.

Cell 3482417869

Sede Legale Via Laurentina 456/458 - 00142 Roma



Da: Teresa Maisto &lt;teresamaisto@villasofia.it&gt;

Inviato: venerdì 2 dicembre 2022 12:32

A: 'Francesca Catanzaro' &lt;catanzaro.francesca@villasofia.it&gt;

Cc: r.abbate@polygon.eu

Oggetto: I: rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata - RDL0113807

Ciao Francesca,

ho aperto l' RDL0113807 sul portale.

Verrà un tecnico per effettuare il sopralluogo

ciao

TM

**Da:** Francesca Catanzaro [mailto:catanzaro.francesca@villasofia.it]

**Inviato:** lunedì 24 ottobre 2022 09:49

**A:** Teresa Maisto <teresamaisto@villasofia.it>

**Oggetto:** Re: rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata

Buongiorno, non sono esistenti numeri SIC. L'unica etichetta nera è del monitor in cui vanno posizionate le sonde wireless N.1004118. Poi, nell'unità centrale ci sono altre 3 etichette. La prima ILO DEFAULT NETWORK SETTING SERVER SERIAL NUMBER CZ153901C8. La seconda etichetta presenta un codice a barre ed i numeri sono: FCARE3SYS/8BED 775SX0100011-15. La terza etichetta è difficilmente interpretabile.

I cardiografi a cui deve essere collegato il sistema sono: 0003054 e 0000833. Spero tanto le info riportate siano utili per il ripristino dell'apparecchiatura.

Grazie infinite e buona giornata.

Il giorno gio 20 ott 2022 alle ore 12:37 Teresa Maisto <teresamaisto@villasofia.it> ha scritto:

Buongiorno,

ho bisogno di conoscere i dati dell'apparecchiatura con tutti i numeri di inventario così come ci eravamo dette di presenza (mi specifichi anche con quali cardiocografi attualmente in uso deve essere utilizzato questo sistema).

La prego di indicarmi i numeri di inventario SIC se esistenti, altrimenti le vecchie etichette dell'inventario così detto Esaote (etichetta nera).

grazie

Saluti

TM

**Da:** Francesca Catanzaro [mailto:catanzaro.francesca@villasofia.it]

**Inviato:** mercoledì 19 ottobre 2022 11:56

**A:** Teresa Maisto <teresamaisto@ospedaliriunitipalermo.it>

**Oggetto:** rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata

Buongiorno, sono Francesca Catanzaro resp complesso op 2 piano. Con la presente chiedo la rimessa in funzione dell'apparecchiatura cardiocografia computerizzata in disuso da diversi anni.

Grazie

Rispetta l'ambiente. Pensa prima di stampare questa e-mail

Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.

Polygon spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.



**PA11.RA.033.2023\_RELAZIONE TECNICA ER RIMESSA IN FUNZIONE CENTRALE DI MONITORAGGIO  
FETAL CARE (Salvataggio automatico).pdf**  
1329K







Prot. n. PA11.RA.033.2023

Palermo 27/02/2023

All'U.O.C. Servizio Tecnico

Servizio di Ingegneria Clinica

[settoretecnico@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:settoretecnico@ospedaliriunitipalermo.it)

AL Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Michele Ruggiano

[m.ruggiano@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:m.ruggiano@ospedaliriunitipalermo.it)

Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Teresa Maisto

[teresamaisto@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:teresamaisto@ospedaliriunitipalermo.it)

**OGGETTO: Servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Relazione tecnica per rimessa in funzione centrale di monitoraggio Fetal Care presso U.O. Ostetricia del PO Cervello odl 156746**

Facendo seguito alla richiesta di intervento tecnico RDL0113807 con la presente siamo ad inoltrarvi copia del rt odl 156746 in cui si evincono le varie attività sinora eseguite.

Dagli svariati sopralluoghi eseguiti presso il reparto, congiuntamente con il personale tecnico della ditta Ceast, fornitore dell'intero sistema costituito dalle seguenti parti

SIC	INVENTARI O PRECEDEN TE	TIPOLOGIA CIVAB	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	STATO APPARECC HIATURA
non presente	non presente	PERSONAL COMPUTER SERVER	HEWLETT PACKARD	-	CZC5361DVN	Normal
non presente	non presente	PERSONAL COMPUTER CLIENT	HEWLETT PACKARD	-	CZ153901C8	Normal
0000833	1004115	MONITOR FETALE	HUNTLEIGH HEALTHCARE	SONICAID FM800 ENCORE	715CX0401615-15	Normal
0000834	1004116	TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFI CA, UNITA' TRASMETTENTE PER	HUNTLEIGH HEALTHCARE	SONICAID FREEDOM	778EA0300722-15	Normal
0000987	1004123	MONITOR FETALE	SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS	SONICAID TEAM	738XA0243442-15	END OF LIFE

0000988	1004122	MONITOR FETALE	SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS	SONICAID TEAM	738XA0243424-15	END OF LIFE
0003052	1004117	MONITOR FETALE	HUNTLEIGH HEALTHCARE	FM 820	751CX0401613-15	Normal
0003054	1004119	MONITOR FETALE	HUNTLEIGH HEALTHCARE	FM 820	715CX0401621-15	Normal
0003055	1004120	TELEMETRIA CARDIOTOCOGRIFI CA, UNITA' TRASMITTENTE PER	HUNTLEIGH HEALTHCARE	SONICAID FREEDOM	778EA0300727	Normal
0003892	1004121	MONITOR FETALE	SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS	SONICAID TEAM	738XA0243420-15	END OF LIFE
NON PRESENT E	1004118	TELEMETRIA CARDIOTOCOGRIFI CA, UNITA' TRASMITTENTE PER	SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS	SCONOSCI UTO	300723-15	Normal


è emerso che per effettuare il ripristino del corretto funzionamento dell'intero sistema è necessario procedere all'acquisto delle seguenti parti non più presenti presso il reparto:

- Trasmettitore seriale 4 Nport 5410 W c/ adattatore cod MOXA 2x-4 porte modem/router;
- Adattatori di rete DS LAN da 3 mt
- Cavi rete DS LAN da 3 mt
- Stampante Laser compatibile con sistema operativo SEVEN

La trasmissione del segnale avviene dai monitor fetali al pc tramite rete lan e pertanto bisognerebbe prima di tutto realizzare la rete locale DS-LAN presso le 7 stanze e presso la Medicheria (o stanza in cui dovrebbe esser posizionato il pc/centrale di monitoraggio ). Secondo quanto comunicato dal reparto, il sistema prima veniva utilizzato in un'altra ala dell'edificio. Si allega preventivo del fornitore per acquisto parti mancanti e riconfigurazione dei settaggi di comunicazione del convertitore moxa e di tutti i componenti di sistema.

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile di commessa



**CE.AS.T.** s.n.c.  
di DI PRIMA GIOVANNI & C.



VENDITA ED ASSISTENZA  
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Via P. Veronese,5 – 90145 Palermo  
Tel. 091/6859880 - 229116  
FAX 091227547  
Email [ceastpa@virgilio.it](mailto:ceastpa@virgilio.it)  
[service@ceast-pa.it](mailto:service@ceast-pa.it)

Spett. le  
**POLYGON**  
c/o Osp. Cervello – Villa Sofia  
Palermo

**OFFERTA N. 45/SI** del 9/02/2023

QT	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
	In riferimento alla Vs. richiesta e mail del 17/01/2023 ODL 156747, e dopo avere effettuato sopralluogo tecnico, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per il ripristino funzionale di:		
1	<b>CENTRALE DI MONITORAGGIO FETAL CARE</b>		
1	Trasmittitore seriale 4 Nport 5410W c/adattatore cod. MOXA2x-4 porte		€. 1.550,00
8	Adattatori RS232/LAN	€. 30,00	€. 240,00
8	Cavi di rete DS LAN da 3mt	€. 5,00	€. 40,00
1	Stampante Laser		€. 200,00
	Configurare i settaggi di comunicazione del convertitore MOXA, montaggio PC Server e montaggio PC Client Controllo Funzionale Unità trasmittente Corso di formazione al personale utilizzatore Mano d'opera ore 8	€. 110,00	€. 880,00
	Totale		€. 2.910,00
	Oltre IVA 22%		
	<b><u>N.B. Per verificare il perfetto funzionamento del Sistema, è necessario ripristinare la rete Locale DS-LAN per collegare gli 8 posti letto con il sistema Fetal Care.</u></b>		
	VALIDITA' OFFERTA 30GG TEMPI DI CONSEGNA Disponibile PAGAMENTO 30 GG data fattura IVA 22% A VS. CARICO		
	 <b>CE.AS.T.</b> L'AMMINISTRATORE		

# ORDINE DI LAVORO

## 156746

**Presidio** 01 PO CERVELLO  
**Centro di Costo** 00000000AS.926SX130003  
**Reparto Ubicazione** CE\_EDA\_00[CE\_EDA] COMPLESSO OPERATORIO 2 PIANO

**Ubicazione**

**Richiedente** TERESA MAISTO **Tel.** **Riferimento** CATANZARO FR.Tel.3283229201

**Nr. Inventario** 1004118 **TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, UNITA' TRASMITTENTE PER** **Liv.** 1

**Sistema** 1004118 **TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, UNITA' TRASMITTENTE PER**

**Produttore** SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS **Criticità Apparecchiatura:** NON CRITIC

**Modello** TAFSONZZ SCONOSCIUTO

**Numero di Serie** 300723-15 **Forma Presenza** ENTE **Stato App.to** Non trovato

**Data/Ora Richiesta** 02/12/2022 12:27:13 **Richiesta Nr.** RDL0113807

**Data/Ora Risposta** 02/12/2022 12:27:13 **Data/Ora INIZIO** 05/12/2022 10.40

**Data Concordata** 02/12/2022 12.27 **Data/Ora FINE**

**Nr. Rap. Interno** **STATO ODL** Iniziato

**Nr. Rap. Esterno** **TIPO** MC Manutenzione correttiva

**Sanificata** **Ditta**

**Data/Ora Autorizzazioine ditta Esterna**

**Problema segnalazione** Rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata - VEDI SISTEMA DA

### DESCRIZIONE RICHIESTA DI LAVORO

RABBATE - 02-12-2022 12:28:51, TMAISTO - 02-12-2022 12:27:13

rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata - VEDASI SISTEMA DA ORDINATIVO:

INV ESAOTE / SIC


- 1004115 833
- 1004116 834
- 1004117 3052
- 1004118
- 1004119 3054
- 1004120 3055
- 1004121 3892
- 1004122 988
- 1004123 987


### ADDETTI ASSEGNATI

**CODICE** **NOME E COGNOME**  
 GVENTURELLA GIOVANNI VENTURELLA

### AZIONI ESEGUITE

ADDETTO	DATA/ORA INIZIO	DATA/ORA FINE
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>05/12/2022 10:40</b>	<b>05/12/2022 13:30</b>
TIPO AZIONE Intervento non risolutivo NOTE AZIONE si prende visione delle apparecchiature del sistema di cardiocografia computerizzata, il sistema è in disuso e smontato in reparto di ostetricia. I componenti sono privi di inventario aziendale tranne un cardio toco con sistema wireless con vecchio sic 1004118. Il computer si avvia ma non è possibile accedere perché richiede una password, il pc andrebbe collegato in rete, alla rete inoltre va collegato il modem/router ubicato attualmente in sala parto. Contatterò casa madre o il fornitore delle apparecchiature per conoscere maggiori dettagli e richiedere info circa la soluzione e messa in funzione del sistema.		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>06/12/2022 11:32</b>	<b>06/12/2022 11:40</b>
TIPO AZIONE Comunicato al reparto stato di avanzamento lavori NOTE AZIONE ricevuta comunicazione dal fornitore che provvederà la prossima settimana un sopralluogo in reparto con la mia super visione.		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>14/12/2022 09:15</b>	<b>14/12/2022 10:08</b>
TIPO AZIONE Comunicato al reparto stato di avanzamento lavori NOTE AZIONE effettuato sopralluogo del fornitore, l'impianto è sprovvisto del modem/router necessario al trasferimento dati in wi-fi alla telemetria, probabile ricollocazione delle reti Lan, si rimane in attesa di preventivo.		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>11/01/2023 09:24</b>	<b>11/01/2023 09:28</b>
TIPO AZIONE Effettuato sollecito NOTE AZIONE		

ODL 

INV 

<b>Tecnico</b>	<b>Utilizzatore</b>
----------------	---------------------



**POLYGON**  
TECHNICAL SOLUTIONS

**Luogo di partenza:**

Laboratorio di **POLYGON SPA**  
Indirizzo A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO VIA TRABUCCO N.180  
90146 PALERMO EDIFICIO B PIANO TERRA  
E- MAIL pa011@polygon.eu

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14.08.1996)  <b>N° 34 DEL 03/02/2023</b>	<b>Spett.le</b> CEAST <b>VIA PAOLO VERONESE 5</b> <b>PALERMO</b>
--	---

Q.TÀ	DESCRIZIONE DEI BENI				
1	PC HP S/N CZC5361DVN				
1	PC HP S/N CZ153901C8				
Causale del Trasporto:	<b>RIPARAZIONE C/O SEDE</b>	Numero colli:	1	Aspetto esteriore dei beni:	<b>A VISTA</b>

Vettore:	Spedizione:	Data del ritiro:	Firma del vettore:
Consegna a mezzo mittente/destinatario	Data del ritiro:	Firma del conducente:	
<b>CLAUDIO LA VENUTA</b>	<b>03/02/2023</b>		

Note:	Firma destinatario:
RIF NS ODL 156746	

Sede legale: Via Laurentina, 453/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39.06641091 - Fax +39.066440601 - Partita IVA e C.F. n° 06615071002  
R.E.A. n° 003707 Cap. Soc. € 6.000.000,00 Iva. Sede operativa: Via Garibaldi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39.02925080 - Fax +39.029250600  
www.polygon.eu - email@polygon.eu

UNI EN ISO 9001:2015 - Reg.N°0155-A      UNI EN ISO 14001:2015 - Reg.N°0155-M      UNI EN ISO 45001:2018 - Reg.N°0155-C  
ISO 45001:2018 - Reg.N°0155-A      ISO 57801:2016 - Reg.N° 02/15-201/20      SA 8000:2014 - Reg. N° 03073-2013-ASA-ITA-SAAS

### AZIONI ESEGUITE



ADDETTO	DATA/ORA INIZIO	DATA/ORA FINE
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>05/12/2022 10:40</b>	<b>05/12/2022 13:30</b>
TIPO AZIONE Intervento non risolutivo NOTE AZIONE si prende visione delle apparecchiature del sistema di cardiocografia computerizzata, il sistema e" in disuso e smontato in reparto di ostetricia. I componenti sono privi di inventario aziendale tranne un cardio toco con sistema wireless con vecchio sic 1004118. Il computer si avvia ma non e" possibile accedere perche" richiede una password, il pc andrebbe collegato in rete, alla rete inoltre va collegato il modem/router ubicato attualmente in sala parto. Contattero" casa madre o il fornitore delle apparecchiature per conoscere maggiori dettagli e richiedere info circa la soluzione e messa in funzione del sistema.		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>06/12/2022 11:32</b>	<b>06/12/2022 11:40</b>
TIPO AZIONE Comunicato al reparto stato di avanzamento lavori NOTE AZIONE ricevuta comunicazione dal fornitore che provvedera" la prossima settimana un sopralluogo in reparto con la mia super visione.		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>14/12/2022 09:15</b>	<b>14/12/2022 10:08</b>
TIPO AZIONE Comunicato al reparto stato di avanzamento lavori NOTE AZIONE effettuato sopralluogo del fornitore, l"impianto e" sprovvisto del modem/router necessario al trasferito dati in wi-fi alla telemetria, probabile ricollocazione delle reti Lan, si rimane in attesa di preventivo.		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>11/01/2023 09:24</b>	<b>11/01/2023 09:28</b>
TIPO AZIONE Effettuato sollecito NOTE AZIONE		
<b>ROSARIA ABBATE</b>	<b>27/02/2023 16:00</b>	<b>27/02/2023 17:20</b>
TIPO AZIONE Inoltrata al cliente ns comunicazione NOTE AZIONE SI INOLTRATA PROT PA11.RA.033.2023 PER TRASMETTERE PREVENTIVO PER LE PARTI MANCANTI E REINSTALLAZIOE DELL INTERO SISTEMA		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>11/04/2023 08:30</b>	<b>11/04/2023 11:52</b>
TIPO AZIONE Intervento a ripristino della funzionalita, ma che necessita di chiusura definitiva NOTE AZIONE intervento della ditta CEAST dove effettua l"istallazione e montaggio delle apparecchiature di telemetria e rimessa in funzione, Pc server e Client. Montaggio del trasmettitore seriale 4 Nport, cavi LAN e adattatori RS232/LAN. Una stampante laser e configurazione nel sistema. Prove funzionali con esito positivo. Seguirà" formazione al personale di reparto.		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>12/04/2023 08:56</b>	<b>12/04/2023 11:10</b>
TIPO AZIONE Intervento a ripristino della funzionalita, ma che necessita di chiusura definitiva NOTE AZIONE la ditta CEAST effettua ulteriori prove di funzionamento ed la formazione al personale utilizzatore. si e" provveduto altresì ad apporre etichette inventario 0011595 sul server, 11596 nel pc, monitor per, 00115997 nell"interfaccio ( client ) e 0011598 nella stampante fornita dal reparto. Seguirà" ulteriore intervento durante il server verra" spento, scollegato dalla prolunga di alimentazione, per poterlo collegare al quadro di alimentazione installato da Rekeep e contestualmente verranno effettuate le verifiche di sicurezza elettrica.		
<b>GIOVANNI VENTURELLA</b>	<b>13/04/2023 08:47</b>	<b>13/04/2023 11:10</b>
TIPO AZIONE Intervento risolutivo NOTE AZIONE La ditta rekeep effettua il montaggio quadro elettrico, si spegne il sistema e si riattiva. Effettuate nuove prove di funzionamento generale con esito regolare. Si consegna il sistema operativo e funzionante.		

ODL



INV



	Venturella	Panzica
Tecnico		

**Presidio** 01 PO CERVELLO  
**Centro di Costo** 00000000AS.926SX130003  
**Reparto Ubicazione** CE EDA 00[CE EDA] COMPLESSO OPERATORIO 2 PIANO  
**Ubicazione**  
**Richiedente** TERESA MAISTO **Tel.** **Riferimento** CATANZARO FR Tel.3283229201  
**Nr. Inventario** 1004118 **TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, UNITA' TRASMITTENTE PER** **Liv.** 1  
**Sistema** 1004118 **TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, UNITA' TRASMITTENTE PER**  
**Produttore** SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS **Criticità Apparecchiatura:** NON CRITIC  
**Modello** TAFSONZZ SCONOSCIUTO

**Numero di Serie** 300723-15 **Forma Presenza** ENTE **Stato App.to** Non trovato  
**Data/Ora Richiesta** 02/12/2022 12:27:13 **Richiesta Nr.** RDL0113807  
**Data/Ora Risposta** 02/12/2022 12:27:13 **Data/Ora INIZIO** 05/12/2022 10.40  
**Data Concordata** 02/12/2022 12.27 **Data/Ora FINE** 13/04/2023 11.10  
**Nr. Rap. Interno** **STATO ODL** Intervento Terminato  
**Nr. Rap. Esterno** **TIPO** MC Manutenzione correttiva  
**Sanificata** **Ditta**  
**Data/Ora Autorizzazioine ditta Esterna**  
**Problema segnalazione** Rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata - VEDI SISTEMA DA

**DESCRIZIONE RICHIESTA DI LAVORO**

RABBATE - 02-12-2022 12:28:51, TMAISTO - 02-12-2022 12:27:13

rimessa in funzione apparecchiatura cardiocografia computerizzata - VEDASI SISTEMA DA ORDINATIVO:

INV ESAOTE / SIC

 1004115 833  
 1004116 834  
 1004117 3052  
 1004118  
 1004119 3054  
 1004120 3055  
 1004121 3892  
 1004122 988  
 1004123 987

**ADDETTI ASSEGNATI**

**CODICE** **NOME E COGNOME**  
 GVENTURELLA GIOVANNI VENTURELLA





**CE.AS.T.** s.n.c.  
di DI PRIMA GIOVANNI & C.



Agenzia  
COSMED

via P. Veronese, 5 - 90145 Palermo ISO 9001-2000  
tel. 091-229116 - 091-6859880  
FAX 091-227547  
Email [ceastpa@virgilio.it](mailto:ceastpa@virgilio.it)

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA  
VILLA SOFIA - CERVELLO  
PALERMO

ESEGUITO CORSO AL PERSONALE UTILIZZATORE PER IL CORRETTO E SICURO  
UTILIZZO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRODUTTORE DELLE  
APPARECCHIATURE DI SEGUITO ELENATE:

N° 1 / CENTRALE D. MONITORAGGIO FETAL COLE  
S/N X 8100011-15

Data: 11.04.2023

PARTECIPANTI:

1. PANZICA ROBERTA
2. CUSULA PAUZZO
3. LOTILIA MARGARITA
4. CHARI ONOFRO
5. GIOVANNA TORNATORE
6. VERINA MANUELA  
MESSINA DOROTEJA

Il Tecnico:

CLIENTE:  
Azienda Ospedaliera  
Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello  
U.O. di Ostetricia e Ginecologia  
Collaboratore Prof.le Ostetrico  
Bott. Roberta Panzica  
Matr. 16196 - Iscr. Albo PA 637/03

# Polygon S.p.A. - PA011

Date 13/04/2023

## Test Setup

Operator ID           TECNICO  
Calibration Tech     SLT  
Calibration Date     09/19/2022  
Firmware Version     3.01.03  
Serial Number        4325025  
Date & Time           2023/04/13 & 09:17  
JOB Name

## DUT Information

Equipment Number    PC server  
Serial Number        CZ153901C8  
Manufacturer         HP  
Model                 ML310e Gen8 v2  
Location              Ostetricia  
Other                 sic 0011595

## Template Information

Template Name	App. Lab. Classe1	Standard	CUSTOM
Pause after Power ON	NO	Pause before Power OFF	NO
Power ON delay	2	Power OFF delay	0
Test Speed	RAPID	Test Mode	AUTO
Halt on Test Failure	YES	Multi PE Test	NO
Include Time	YES	Multi Resstore	WORST/LAST
Insulation Resistance Voltage	500V	Reverse Polarity	YES
Multi Enclosure Test	YES	Classification	1

## PLC Configuration-Applied part setup

*AP Name    AP Type    AP Num*

## ESA615 Test Results

<i>Test Name</i>	<i>Value</i>	<i>High Limits</i>	<i>Low Limits</i>	<i>Status</i>
Mains Voltage				P
Live to Neutral	226.9 V	-	-	P
Live to Earth	4.6 V	-	-	P
Neutral to Earth	225.1 V	-	-	P
Protective Earth Resistance	0.168 Ohm	.3	-	P
Direct Equipment Leakage				P
Open Earth	135.8 uA	3500	-	P
Open Earth-Reversed Mains	117.0 uA	3500	-	P



\_\_\_\_\_  
Signature

# Polygon S.p.A. - PA011

Date 13/04/2023

## Test Setup

Operator ID                   TECNICO  
Calibration Tech            SLT  
Calibration Date            09/19/2022  
Firmware Version            3.01.03  
Serial Number                4325025  
Date & Time                 2023/04/13 & 09:30  
JOB Name

## DUT Information

Equipment Number            Monitor pc  
Serial Number                AU5A1545003035  
Manufacturer                 Philips  
Model                         288P6LJEB  
Location                      Ostetricia  
Other                         sic 0011596

## Template Information

Template Name	App. Lab. Classe1	Standard	CUSTOM
Pause after Power ON	NO	Pause before Power OFF	NO
Power ON delay	2	Power OFF delay	0
Test Speed	RAPID	Test Mode	AUTO
Halt on Test Failure	YES	Multi PE Test	NO
Include Time	YES	Multi Resstore	WORST/LAST
Insulation Resistance Voltage	500V	Reverse Polarity	YES
Multi Enclosure Test	YES	Classification	1

## PLC Configuration-Applied part setup

*AP Name    AP Type    AP Num*

## ESA615 Test Results

<i>Test Name</i>	<i>Value</i>	<i>High Limits</i>	<i>Low Limits</i>	<i>Status</i>
Mains Voltage				
Live to Neutral	228.5 V	-	-	P
Live to Earth	4.9 V	-	-	P
Neutral to Earth	228.5 V	-	-	P
Protective Earth Resistance	0.166 Ohm	.3	-	P
Direct Equipment Leakage				
Open Earth	137.1 uA	3500	-	P
Open Earth-Reversed Mains	118.3 uA	3500	-	P



\_\_\_\_\_  
Signature

# Polygon S.p.A. - PA011

Date 13/04/2023

## Test Setup

Operator ID                   TECNICO  
Calibration Tech            SLT  
Calibration Date            09/19/2022  
Firmware Version            3.01.03  
Serial Number                4325025  
Date & Time                 2023/04/13 & 09:47  
JOB Name

## DUT Information

Equipment Number            Pc client  
Serial Number                CZC5361DVN  
Manufacturer                 HP  
Model                         ProDesk  
Location                      Ostetricia  
Other                         sic 11597

## Template Information


Template Name	App. Lab. Classe2	Standard	CUSTOM
Pause after Power ON	NO	Pause before Power OFF	NO
Power ON delay	2	Power OFF delay	0
Test Speed	RAPID	Test Mode	AUTO
Halt on Test Failure	YES	Multi PE Test	NO
Include Time	YES	Multi Resstore	WORST/LAST
Insulation Resistance Voltage	500V	Reverse Polarity	YES
Multi Enclosure Test	YES	Classification	II

## PLC Configuration-Applied part setup

*AP Name    AP Type    AP Num*

## ESA615 Test Results

<i>Test Name</i>	<i>Value</i>	<i>High Limits</i>	<i>Low Limits</i>	<i>Status</i>
Mains Voltage				P
Live to Neutral	223.4 V	-	-	P
Live to Earth	2.4 V	-	-	P
Neutral to Earth	224.6 V	-	-	P
Direct Equipment Leakage				P
Normal Condition	0.6 uA	500	-	P
Normal Condition-Reversed mains	0.6 uA	500	-	P



\_\_\_\_\_  
Signature

# Polygon S.p.A. - PA011

Date 13/04/2023

## Test Setup

Operator ID           TECNICO  
Calibration Tech      SLT  
Calibration Date      09/19/2022  
Firmware Version      3.01.03  
Serial Number         4325025  
Date & Time           2023/04/13 & 10:05  
JOB Name

## DUT Information

Equipment Number     Stampante per PC  
Serial Number         VNF3K08762  
Manufacturer         HP  
Model                 6GW62F  
Location              Ostetricia  
Other                 sic 0011598

## Template Information


Template Name	App. Lab. Classe1	Standard	CUSTOM
Pause after Power ON	NO	Pause before Power OFF	NO
Power ON delay	2	Power OFF delay	0
Test Speed	RAPID	Test Mode	AUTO
Halt on Test Failure	YES	Multi PE Test	NO
Include Time	YES	Multi Resstore	WORST/LAST
Insulation Resistance Voltage	500V	Reverse Polarity	YES
Multi Enclosure Test	YES	Classification	1

## PLC Configuration-Applied part setup

*AP Name    AP Type    AP Num*

## ESA615 Test Results

<i>Test Name</i>	<i>Value</i>	<i>High Limits</i>	<i>Low Limits</i>	<i>Status</i>
Mains Voltage				P
Live to Neutral	227.1 V	-	-	P
Live to Earth	2.5 V	-	-	P
Neutral to Earth	228.3 V	-	-	P
Protective Earth Resistance	0.167 Ohm	.3	-	P
Direct Equipment Leakage				P
Open Earth	335 uA	3500	-	P
Open Earth-Reversed Mains	337 uA	3500	-	P



\_\_\_\_\_  
Signature

# Polygon S.p.A. - PA011

Date 14/04/2023

## Test Setup

Operator ID TECNICO  
 Calibration Tech SLT  
 Calibration Date 09/19/2022  
 Firmware Version 3.01.03  
 Serial Number 4325025  
 Date & Time 2023/04/14 & 09:011  
 JOB Name

## DUT Information

Equipment Number Telemetria cardiocografica  
 Serial Number 778EA0300723 15  
 Manufacturer sonicaid  
 Model Freedom  
 Location Ostetricia  
 Other sic 0011599

## Template Information

Template Name	IEC62353-Diretto Classe2-CF	Standard	IEC62353-Direct
Pause after Power ON	NO	Pause before Power OFF	NO
Power ON delay	2	Power OFF delay	0
Test Speed	RAPID	Test Mode	AUTO
Halt on Test Failure	YES	Multi PE Test	NO
Include Time	YES	Multi Resstore	WORST/LAST
Insulation Resistance Voltage	500V	Reverse Polarity	YES
Multi Enclosure Test	NO	Classification	II

## PLC Configuration-Applied part setup

<i>AP Name</i>	<i>AP Type</i>	<i>AP Num</i>
Funz.1	CF	1

## ESA615 Test Results

<i>Test Name</i>	<i>Value</i>	<i>High Limits</i>	<i>Low Limits</i>	<i>Status</i>
Insulation Resistance				P
Mains to Applied Parts	999 MOhm	-	-	P
Mains Voltage				P
Live to Neutral	225.6 V	-	-	P
Equipment Current	0.0 A	-	-	P
Direct Applied Part Leakage				P
Normal Condition				P
Funz.1	2.1 uAAC	50	-	P
Normal Condition-Reversed mains				P
Funz.1	2.1 uAAC	50	-	P
Direct Equipment Leakage				P
Open Earth	63.3 uA	100	-	P
Open Earth-Reversed Mains	63.2 uA	100	-	P



\_\_\_\_\_  
Signature





Ficciotto  
Borhese  
grazie  
or

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34767027	Data richiesta	20/02/2023	Scadenza validità	20/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CE.AS.T. DI DI PRIMA GIOVANNI E C. S.N.C.
Codice fiscale	03006480820
Sede legale	VIA PAOLO VERONESE N 5 PALERMO PA 90100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" U.O.C. SERVIZIO TECNICO
28 APR. 2023
Protocollo n° <u>210h</u> /S.T.







## CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina, in copia conforme all'originale è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello", ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53, comma 2, a decorrere dal **05 MAG 2023** e fino al **19 MAG 2023**

L'Incaricato

Il Direttore Amministrativo

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 53 c. 6 della L.R. n.30/93 e divenuta

**ESECUTIVA**

Decorso il termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**CONTENZIOSO**

.....